



Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin

Vybratí adresáti

V Nededzi, dňa 19. 11. 2020

Vec: Výzva na predkladanie ponúk na dodávku tovaru

Ako osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, v súlade s § 8 ods. (1) písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v nadväznosti na písm. c) cit. § 8, sme povinní obstarávať tovary s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako je finančný limit podľa písm. b) cit § 8, **podľa § 117 cit. zákona.**

V rámci **projektu:** Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Kód projektu z ITMS2014+: 313011V446,

Aktivita: A10 Tvorba nových diagnostických algoritmov bioptického vyšetrenia vybraných solídnych zhubných nádorov – najčastejších nádorových ochorení v SR – karcinómu pľúc, kolorekta a prsníka pre klinickú prax

Aktivita: A11 Tvorba nových diagnostických algoritmov pre klinickú prax

sme Partnerom č. 8 žiadateľa o NFP.

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a sídlo: **Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek 1, 036 01 Martin**

zastúpený: Ing. Silvia Reváková, konateľ

IČO: 36410799

DIČ: 2021617125

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania

e-mail: mscheberova@centrum.sk

telefón: +421 904 214 255

II. Názov zákazky:

Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života, Kód projektu v ITMS2014+: 313011V446

III. Opis predmetu zákazky:

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)

38000000-5 laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

42931100-2 laboratórne odstredivky a príslušenstvo

Opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky sa skladá z dodania nasledovného prístrojového vybavenia:

- | | |
|---|---|
| 1/ PCR box | 2 ks |
| 2/ Laminárny box triedy II1 | 1 ks |
| 3/ Centrifúgy (laboratórne odstredivky) | 4 ksz toho: centrifúga na separáciu plazmy 1 ks |
| centrifúga na 96 jamkovú platničku | 1 ks |
| centrifúga na 15/50 ml skúmavky | 1 ks |
| centrifúga na mikroskúmavky | 1 ks |

Spolu s dodaním prístrojového vybavenia na miesto určenia sa požaduje od dodávateľa – úspešného uchádzača:

- a) dodanie užívateľskej príručky (návod na obsluhu a údržbu) v slovenskom, príp. v českom jazyku
- b) inštalácia dodaného prístrojového vybavenia na mieste určenom kupujúcim (obstarávateľom)
- c) zaškolenie obsluhy

Uchádzač (predávajúci) je povinný minimálne 7 dní pred dodaním predmetu zákazky písomne alebo telefonicky (Mgr, Melegová, tf.: 0905 220 680) oznámiť termín inštalácie prístrojov, uvedenia do prevádzky a zaškolenie personálu.

1/ PRC box

PRC box je určený pre manipuláciu s DNA/RNA a poskytnúť ochranu proti kontaminácii.

Box musí obsahovať:

- UV- recirkulátor so zabudovanou UV lampou (1x25 W) a ventilátorom.

Požaduje sa :

- Materiál stien: sklo a nerezová oceľ
- Pracovná plocha: nerezová oceľ

Minimálne technické parametre:

1. minimálna pracovná plocha: 640 x 450 mm
2. účinná inaktivácia DNA/RNA fragmentov v priebehu 15 – 30 min expozície
3. minimálny počet baktericídnych UV lúčov 25W – 1 ks

2/ Laminárny box triedy II

Bezpečnostný biologický kabinet II. triedy typ B2 v prevedení biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním zaručujúci dokonalú ochranu pracovného procesu, produktu pred bakteriologickou a časticovou kontamináciou prostredia a súčasne ochranu personálu a prostredia pred škodlivými účinkami spracovávaných látok.

Box musí obsahovať:

- integrovanú UV lampu
- LED osvetlenie priestoru
- hepa filter alebo ULPA filter
- uhlíkový filter
- zabudovaný prívod 220 V

Minimálne technické parametre:

- hepa filter
- podstavec
- šírka pracovného priestoru minimálne 1200 mm
- ovládací panel s nastavením a kontrolou parametrov (napr.: časovač)

3/ Centrifúgy

3.1 centrifúga na separáciu plazmy

Minimálne technické parametre:

- nastaviteľné otáčky (min. 4 000rpm) a nastaviteľné časovanie
- výkyvný rotor
- kapacita rotora min. 24 skúmaviek

3.2. centrifúga na 15/50 ml skúmavky

Minimálne technické parametre:

- nastaviteľné otáčky a nastaviteľné časovanie
- uhlíkový rotor
- kapacita: min. 4 x 50 ml skúmavky resp. 4 x 15 ml

3.3. centrifúga na 96 jamkovú platničku

Minimálne technické parametre:

- nastaviteľné otáčky (min. 4 000 rpm) a nastaviteľné časovanie
- kapacita: min. 2 platničky

3.4. centrifúga na mikroskúmvky

Minimálne technické parametre:

- nastaviteľné otáčky a nastaviteľné časovanie
- kapacita: min. 12 skúmaviek
- možnosť kombinácie skúmaviek od 0,2 ml do 1,5 ml

Uchádzač dodá tovar podľa opisu predmetu zákazky. Pokiaľ je v tomto opise zadefinovaný konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, má sa za to, že na špecifickú položku sa vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 7 ZVO. Z uvedeného vyplýva, že na každú takúto položku sa viaže slovné spojenie „**alebo ekvivalentný**“ čiže uchádzačovi sa umožňuje použiť ekvivalentný výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, avšak takýto výrobok musí mať rovnocenné technické parametre, alebo vyššie ako výrobok uvedený a vyšpecifikovaný technickými parametrami.

Súčasťou ponukovej ceny uchádzača bude:

- cena prístroja,
- jeho dodávka na adresu obstarávateľa,
- montáž prístroja a uvedenie do prevádzky
- zaškolenie personálu

IV. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ):

22 027.- euro bez DPH

IV. 1. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: áno

Obstarávateľ delí túto zákazku, v súlade s § 28 cit. zákona, na časti 3 časti:

- Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti zákazky
- **1. časť : PRC box – 2 kusy** – PHZ: 3 812,00 euro bez DPH
- **2. časť: Laminárny box triedy II – 1 kus**– PHZ: 6 771,00 euro bez DPH
- **3. časť: Centrifúgy – 4 ks** – PHZ: 11 444,00 euro bez DPH

maximálny počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi: 3 (tri)

Komisia, menovaná štatutárnym zástupcom obstarávateľa bude hodnotiť ponuku na každú časť samostatne a to aj v takom prípade, že uchádzač bude predkladať ponuku na jednu, dve alebo tri časti.

IV. 2. Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie

V. Lehota a miesto dodania prístrojov:

- najneskorší termín dodania do 8 (osem) týždňov od zadania objednávky
- miestom dodania je Martinské bioptické centrum, s.r.o., Priložek 1, Martin

VI. Financovanie predmetu zákazky

zdroje financovania:

- finančné zdroje poskytnuté z NFP (75%)
- vlastné zdroje MBC, s.r.o. Martin(25%)

podmienky financovania:

- lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní
- obstarávateľ neposkytuje zálohu na dodávku predmetu zákazky

VII. Podmienky účasti

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja vybratí/oslovení záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f) na predloženie ponuky na predmet zákazky, na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto zákazky, t.j. dodávka tovaru

Verejný obstarávateľ **nepožaduje** predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – predložením čestného vyhlásenia, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienkou účasti je:

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov 2/
Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky

VIII. Obsah ponuky

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1
2. Doplnená Technická špecifikácia výrobku, podľa zadania – Príloha č. 2
3. Čestné vyhlásenie– o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23

IX. Predkladanie ponúk

1. Miesto predkladanie ponúk

Ponuku je potrebné doručiť **elektronicky – e-mailom na adresu:**

mscheberova@centrum.sk

tak, aby boli doručené v lehote podľa bodu IX. 2.

2. Lehota na predkladanie ponúk

Deň, mesiac, rok a hodina: **04. 12. 2020 (piatok) do 10:00 hod**

3. Lehota viazanosti ponúk

Deň, mesiac, rok - do: **03. 12. 2021**

4. Jazyk ponuky: slovenský

Pokiaľ uchádzač predloží ponuku v inom jazyku ako slovenskom, uchádzač je povinný predložiť aj úradný preklad ponuky do jazyka slovenského. Toto sa nevzťahuje na ponuky predložené v jazyku českom

5. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk

Upozornenie:

Súčasťou ponukovej ceny uchádzača musí byť:

- cena prístroja,
- jeho dodávka na adresu obstarávateľa,
- montáž prístroja a uvedenie do prevádzky
- zaškolenie personálu

Najnižšia cena s DPH, uvedená uchádzačom v Prílohe č. 1., za predpokladu splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. lepších parametrov predmetu zákazky uvedených v Prílohe č. 2 a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.3.

6. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

6.1 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa

04. 12. 2020 (piatok) o 13:00hod na adrese:

Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prieložtek č. 1, 036 01 Martin

6.2 Kritérium:

najnižšia cena,

za podmienky splnenia technickej špecifikácie predmetu zákazky a opisu predmetu zákazky

6.3 Spôsob vyhodnocovania ponúk

Komisia bude vyhodnocovať každú z troch častí ponuky samostatne, t. j., že výsledkom tohto verejného obstarávania môže byť jeden, dvaja alebo traja uchádzači

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.

Hodnotiť sa bude každý z predmetov obstarávania uvedený v bode 1., 2. a 3. – cena celkom s DPH na dve desatinné miesta. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, hodnotí sa cena celkom

Komisia predloží výsledok verejného obstarávania obstarávateľovi, ktorý úspešnému/úspešným uchádzačom zadá objednávku.

Na vyhodnocovanie ponúk konateľ Martinské bioptické centrum, s. r. o., ako štatutárny zástupca menuje 3 – člennú Komisiu na vyhodnotenie ponúk a to v súlade s § 51 cit. ZVO.

7. Ďalšie informácie


7.1 Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať elektronicky, prostredníctvom kontaktnej osoby, Ing. Magdaleny Scheberovej, e-mail: mscheberova@centrum.sk

7.2 Prijemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie pošty elektronicky.

7.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku a nezadať objednávku žiadnemu uchádzačovi, v prípade, že celková cena za predmet zákazky presiahne stanovený limit finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky

7.4 Obstarávateľ si súčasne uplatňuje odkladaciu podmienku zadania objednávky, ktorou je schválenie zákazky v rámci kontroly VO zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (t. j. doručenie správy z kontroly VO s týmto záverom prijímateľovi)

Poskytovateľ služby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.



Ing. Silvia Reváková, konateľka

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritérií - k vyplneniu a predloženiu do ponuky

Príloha č. 2 k Výzve - Technická špecifikácia predmetu zákazkyk opisu predmetu zákazky

Príloha č. 3 k Výzve - Čestné vyhlásenie uchádzača k vyplneniu a predloženiu do ponuky

Príloha č. 1:

(povinná súčasť ponuky)

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA PREDMET ZÁKAZKY: Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov)

Predmet zákazky: „Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života“	cena	cena
	Eur bez DPH	Eur s DPH
1/ PRC box - 2 ks		
2/ Laminárny box triedy II - 1 ks		
3/ Centrifúgy - 4 ks		
- centrifúga na separáciu plazmy - centrifúga na 15/50ml skúmavky - centrifúga na 96 jamkovú platničku - centrifúga na mikroskúmavky		
Rekapitulácia návrhu na plnenie kritérií - spolu		

Je uchádzač platiteľom DPH?

nehodiace sa prečiarknite: ÁNO
NIE

V, dňa

Čitateľné Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača

Pokiaľ ponuka je podpísaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, súčasťou ponuky musí byť originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

Príloha č. 2 Technická špecifikácia predmetu zákazky

(Povinná vyplnená príloha k ponuke uchádzača)

Pokyny k vyplneniu:

uchádzač uvedie obchodný názov ponúkaného prístroja a výrobcu a v časti požadovaných hodnôt konkrétne parametre ponúkaného prístroja; v prípadoch požiadaviek, ktoré sú vyjadrené slovným opisom, uchádzač uvedie áno resp. nie – podľa toho či ponúkaný prístroj spĺňa/nespĺňa požiadavku)

Technické špecifikácia:

1/ PRC box:

Obchodný názov a výrobca:

.....

áno / nie

1.1 pracovná plocha min. 640 x 450 mm

1.2 účinná inaktivácia DNA/RNA fragmentov v priebehu 15-30 min expozície

1.3 počet baktericídnych UV lámp min. 1 ks

2/ Laminárny box triedy II

Obchodný názov a výrobca:

.....

a. hepa filter

b. podstavec

c. šírka pracovného priestoru min 1200 mm

3/ Centrifúgy

3.1 Centrifúga na separáciu plazmy

Obchodný názov a výrobca:

.....

3.1.1 nastaviteľné otáčky a časovanie min. 4000 rpm

3.1.2 výkyvný rotor

3.1.3 kapacita rotora min. 24 skúmaviek

3.2. Centrifúga na 15/50 ml skúmavky

Obchodný názov a výrobca:

.....

3.2.1 nastaviteľné otáčky a nastaviteľný časovač

3.2.2 uhlíkový rotor

3.2.3 kapacita skúmaviek min. 4 x 50 ml alebo 4x 15 ml

3.3. Centrifúga na 96 jamkovú platničku

Obchodný názov a výrobca:

.....

3.3.1 nastaviteľné otáčky a časovanie min. 4000 rpm

3.3.2 počet platničiek min. počet: 2

3.4 Centrifúga na mikroskúmavky

Obchodný názov a výrobca:

.....

3.4.1 nastaviteľné otáčky a časovanie

3.4.2 kapacita skúmaviek min. počet: 12

V, dňa

.....

Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podať ponuku

Príloha č. 3

(povinná súčasť ponuky)

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísanýtýmto čestne vyhlasujem, že

neexistuje konflikt záujmov podľa § 23 vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky **Prístrojové vybavenie pre zabezpečenie vykonania aktivít partnera Martinské bioptické centrum, s. r. o. v projekte s názvom: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života kód projektu z ITMS2014+: 313011V446**

V, dňa

.....

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača